

## **Atklātā konkursa “Virtuves un laboratorijas mēbeļu piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/45\_ERAF) nolikumā noteikto prasību skaidrojums**

Latvijas Universitātes ACAP iepirkumu komisija no ieinteresētajiem piegādātājiem 2018. gada 17.septembrī saņēma jautājumu par atklāta konkursa “Virtuves un laboratorijas mēbeļu piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/45\_ERAF) nolikumu (tālāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām. Izskatot ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu, iepirkuma komisija vienbalsīgi ir nolēmusi sniegt šādu atbildi:

### **Nolikuma 1.2. pielikums “Tehniskās specifikācijas Iepirkuma 2. daļā “Laboratorijas mēbeles””**

#### **Jautājums:**

No tehniskās specifikācijas Nr.p.k. 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5 /Skapja korpuss/ “Augstspiediena lamināta biezumam jābūt vismaz 0,8 mm (+/- 0,1 mm). Lūdzam komisiju apstiprināt, ka var piedāvāt laminātu ar biezumu 0.7 mm”.

#### **Atbilde:**

Atbilstoši Nolikuma 1.2 pielikumā noteiktajam, ja augstspiediena lamināta biezums skapju korpusiem (tehniskās specifikācijas Nr.p.k. 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5 /Skapja korpuss/) būs 0,7mm, tad tāds biezums tiks uzskatīts par Nolikuma 1.2 pielikuma prasībām atbilstošu.

*(Apstiprināts LU ACAP Iepirkumu komisijas 17.09.2018. sēdē, protokols nr. 3)*